

	<b>T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ</b> <b>BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA</b> <b>VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)</b> <b>DENEY VE ÖLÇÜM LABORATUVARI</b>	Doküman No	TL 7.03-T8
		İlk Yayın Tarihi	21.06.2017
		Revizyon No/Tarihi	2/24.08.2021
		Güncelleme No/Tarihi	0/-
		Sayfa No	1 / 1
<b>NUMUNE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI</b>			

### Mikrobiyolojik Analizler İçin Su Numune Kabul Kriterleri

No	Numunenin Cinsi	Gerekli Miktar	Taşıma Süresi	İlgili Yönetmelik
1	İçme-kullanma suyu	1 L	18 saat soğuk zincirde	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
2	İçme Suyu / Doğal Kaynak Suyu	En az 1 Litrelik Orijinal Ambalaj	12 saat (Soğuk zincirde)*	
3	Doğal Mineralli Su	En az 2 Litrelik Orijinal Ambalaj	12 saat - 4°C (±1°C)	Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik
4	Kaplıca Suları	1 Litre	18 saat (Soğuk zincirde)	Kaplıcalar Yönetmeliği
5	Havuz Suyu	500 mL	12 saat (Soğuk zincirde)	Yüzme Havuzlarının Tabi olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik
6	Yüzme Suları	1 Litre	24 saat - 4°C (±1°C)	Yüzme Suları Yönetmeliği
7	Atıksular	1 Litre	24 saat - 4°C (±1°C)	Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği
8	Doğal Sular	1 Litre	24 saat - 4°C (±1°C)	Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği

\*22 °C'de Toplam Koloni Sayımı ve/veya 37 °C'de Toplam Koloni Sayımı parametrelerinin çalışılması istenmediği durumlarda bu süre 18 saattir.

### Kimyasal Analizler için Numune Kabul Kriterleri

No	Numunenin Cinsi	Gerekli Miktar	Numune kabının özellikleri	İlgili Yönetmelik
1	İçme-kullanma suyu	1 x 1 veya 1,5 L	Cam / PE / PP	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
2	İçme Suyu / Doğal Kaynak Suyu	1 x 1,5 L	Cam / PE / PP veya Orijinal Ambalaj	
3	Doğal Mineralli Su	1 x 1,5 L	Cam / PE / PP veya Orijinal Ambalaj	Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik
4	Kaplıca Suları	2 x 1 veya 1,5 L	Cam / PE / PP	Kaplıcalar Yönetmeliği
5	Havuz Suyu	1 x 1 veya 1,5 L	Cam / PE / PP	Yüzme Havuzlarının Tabi olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik
6	Yüzme Suları	1 x 1 veya 1,5 L	Cam / PE / PP	Yüzme Suları Yönetmeliği
7	Atıksular	1 x 1 veya 1,5 L	Cam / PE / PP	Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği
8	Doğal Sular	1 x 1 veya 1,5 L	Cam / PE / PP	Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği

\*22 °C'de Toplam Koloni Sayımı ve/veya 37 °C'de Toplam Koloni Sayımı parametrelerinin çalışılması istenmediği durumlarda bu süre 18 saattir.